



Özel **EKOL HASTANESİ**
GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL TAKİP FORMU



AİT OLDUĞU AY / YIL: 08/2022

SIRA	CİHAZ BİLGİLERİ		STRİP SERİ NO	KONTROL SONUÇLARI		% SAPMA (± %20)	KONTROL DEĞERLENDİRME	
	SERVİS	DEMİRBAŞ NO		GLUKOMETRE	LABORATUVAR		<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
1	DAHİLİYE	428	N210521D1	125	132	-5	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
2	YENİDOĞAN Y.B(ACCU-CHEK)	19414	301532	102	110	-7	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
3	ÇOCUK SERVİSİ	427	N211022D1	101	112	-9	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
4	ANESTEZİ Y.B	431	N211022D1	196	210	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
5	ANESTEZİ Y.B	430	N210521D1	101	111	-9	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
6	ANESTEZİ Y.B	432	N210521D1	96	111	-13	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
7	ANESTEZİ Y.B	433	N211022D1	210	202	3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
8	ORTOPEDİ	18981	N210521D1	99	102	-2	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
9	KADIN DOĞUM	425	N210521D1	163	174	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
10	AMELİYATHANE	424	N210521D1	125	136	-8	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
11	LABORATUVAR	19319	N210521D1	256	264	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
12	CERRAHİ	19311	N210521D1	247	260	-5	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
13	ACİL	436	N210521D1	163	178	-8	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
14	AMBULANS	437	N210521D1	154	164	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
15	GÖZ	8244	N210521D1	115	127	-9	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
16	KORONER YOĞUN BAKIM	434	N210521D1	123	131	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
17	KADIN DOĞUM(ACCU-CHEK)	19415	301532	211	217	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
18	ÇOCUK SERVİSİ(ACCU-CHEK)	19416	301652	142	149	-4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
19							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
20							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)

Kontrol Eden: İLKAN ALTINEL

GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL NOTLARI:

- Glukometre dış kalite kontrol çalışmaları her ayın son Cuma günü, Biyokimya Laboratuvarı tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol sürecinde kullanılan strip bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.
- Sapma değeri beklenen aralık dışında kalan cihazlar kalibrasyon için biyomedikal birimine gönderilmeli ve düzeltici/önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.49	01.11.2021	00	-	1/1