



Özel **EKOL HASTANESİ**
GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL TAKİP FORMU



AİT OLDUĞU AY / YIL: 12/2022

SIRA	CİHAZ BİLGİLERİ		STRİP SERİ NO	KONTROL SONUÇLARI		% SAPMA (± %20)	KONTROL DEĞERLENDİRME	
	SERVİS	DEMİRBAŞ NO		GLUKOMETRE	LABORATUVAR		<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
1	DAHİLİYE	428	N210521D1	161	157	3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
2	YENİDOĞAN Y.B(ACCU-CHEK)	19414	301772	251	247	2	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
3	ÇOCUK SERVİSİ	427	N211022D1	174	180	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
4	ANESTEZİ Y.B	431	N211022D1	240	242	-1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
5	ANESTEZİ Y.B	430	N211022D1	101	109	-7	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
6	ANESTEZİ Y.B	432	N211022D1	107	101	6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
7	ANESTEZİ Y.B	433	N211022D1	125	136	-8	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
8	ORTOPEDİ	19858	N211022D1	99	105	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
9	KADIN DOĞUM	425	N211022D1	104	100	4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
10	AMELİYATHANE	424	N210521D1	91	99	-8	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
11	LABORATUVAR	19319	N211022D1	136	137	-1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
12	CERRAHİ	19311	N211022D1	152	157	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
13	ACİL	436	N211022D1	154	147	5	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
14	AMBULANS	437	N210521D1	205	211	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
15	GÖZ	8244	N211022D1	89	94	-5	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
16	KORONER YOĞUN BAKIM	434	N211022D1	126	134	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
17	KADIN DOĞUM(ACCU-CHEK)	19862	301772	102	110	-7	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
18	ÇOCUK SERVİSİ(ACCU-CHEK)	19416	301772	142	148	-4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
19							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
20							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)

Kontrol Eden: İLKAN ALTINEL

GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL NOTLARI:

- Glukometre dış kalite kontrol çalışmaları her ayın son Cuma günü, Biyokimya Laboratuvarı tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol sürecinde kullanılan strip bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.
- Sapma değeri beklenen aralık dışında kalan cihazlar kalibrasyon için biyomedikal birimine gönderilmeli ve düzeltici/önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.49	01.11.2021	00	-	1/1