

MAYIS 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1233475	N2009011		92	89	3
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	126	120	5
DAHİLİYE	OK10H1365361	N2009011		124	135	-8
CERRAHİ	OK10H1267071	N2009011		137	135	2
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	141	150	-6
ORTOPEDİ	OK10H1233467	N2009011		101	99	2
KORONER YB.	OK10H1233463	N2009011		136	140	-3
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	100	103	-3
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	100	104	-4
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		156	167	-7
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		177	181	-2
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	91	89	2
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		105	102	3
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233464	N2009011		99	102	-3
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		104	107	-3
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		167	159	5

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1