

MART 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1233475 *	N2009011		112	110	2
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	125	139	-10
DAHİLİYE	OK10H1365361 *	N2009011		90	83	8
CERRAHİ	OK10H1267071	N2009011		121	125	-3
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	102	110	-7
ORTOPEDİ	OK10H1233467	N2009011		102	105	-3
KORONER YB.	OK10H1233463 *	N2009011		146	140	4
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	95	85	11
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	97	85	14
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		147	172	-14
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		152	172	-11
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	86	79	9
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		152	145	5
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233464	N2009011		88	83	6
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		99	106	-7
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		125	140	-10

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1