



Özel **EKOL HASTANESİ**  
GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL TAKİP FORMU



AİT OLDUĞU AY / YIL: .....

| SIRA | CİHAZ BİLGİLERİ |             | STRİP SERİ NO | KONTROL SONUÇLARI |             | % SAPMA<br>(± %20) | KONTROL DEĞERLENDİRME          |  |
|------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|--|
|      | SERVİS          | DEMİRBAŞ NO |               | GLUKOMETRE        | LABORATUVAR |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 1    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 2    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 3    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 4    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 5    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 6    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 7    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 8    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 9    |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 10   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 11   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 12   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 13   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 14   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 15   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 16   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 17   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 18   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 19   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |
| 20   |                 |             |               |                   |             |                    | <input type="checkbox"/> Uygun | <input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal) |

**Kontrol Eden:**

**GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL NOTLARI:**

- Glukometre dış kalite kontrol çalışmaları her ayın son Cuma günü, Biyokimya Laboratuvarı tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol sürecinde kullanılan strip bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.
- Sapma değeri beklenen aralık dışında kalan cihazlar kalibrasyon için biyomedikal birimine gönderilmeli ve düzeltici/önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

| Doküman No | Yayın Tarihi | Revizyon No | Revizyon Tarihi | Sayfa No |
|------------|--------------|-------------|-----------------|----------|
| MC.FR.49   | 01.11.2021   | 00          | -               | 1/1      |