

NİSAN 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1233475	N2009011		105	100	5
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	147	158	-7
DAHİLİYE	OK10H1365361	N2009011		136	130	5
CERRAHİ	OK10H1267071	N2009011		96	107	-10
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	99	114	-13
ORTOPEDİ	OK10H1233467	N2009011		238	241	-1
KORONER YB.	OK10H1233463	N2009011		107	100	7
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	126	139	-9
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	96	100	-4
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		121	139	-13
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		101	100	1
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	99	107	-7
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		162	154	5
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233464	N2009011		125	134	-7
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		109	101	8
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		139	150	-7

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1