

AĞUSTOS 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1233475	N2009011		99	90	10
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	147	141	4
DAHİLİYE	OK10H1365361	N2009011		254	249	2
CERRAHİ	OK10H1267071	N2009011		121	116	4
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	97	101	-4
ORTOPEDİ	OK10H1233481	N2102011		108	110	-2
KORONER YB.	OK10H1233463	N2009011		167	178	-6
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	87	80	9
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	90	80	12,5
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		149	152	-2
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		142	152	-7
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	110	112	-2
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		150	151	-1
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233464	N2009011		126	119	6
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		99	91	9
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		137	131	5

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1