

HAZİRAN 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1233475	N2009011		97	101	-4
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	146	153	-4
DAHİLİYE	OK10H1365361	N2009011		99	110	-10
CERRAHİ	OK10H1267071	N2009011		95	91	4
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	101	110	-8
ORTOPEDİ	OK10H1233467	N2009011		156	164	-5
KORONER YB.	OK10H1233463	N2009011		220	223	-5
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	128	130	-2
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	124	130	-5
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		125	130	-4
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		120	130	-8
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	126	139	-9
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		106	111	-5
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233464	N2009011		89	87	2
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		102	101	1
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		174	180	-3

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1