



Özel **EKOL HASTANESİ**
GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL TAKİP FORMU



AİT OLDUĞU AY / YIL: 12/2021

SIRA	CİHAZ BİLGİLERİ		STRİP SERİ NO	KONTROL SONUÇLARI		% SAPMA (± %20)	KONTROL DEĞERLENDİRME	
	SERVİS	DEMİRBAŞ NO		GLUKOMETRE	LABORATUVAR		<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
1	DAHİLİYE	428	N210521D1	129	134	-4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
2	YENİDOĞAN Y.B	435	N210521D1	109	111	-2	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
3	ÇOCUK SERVİSİ	427	N210521D1	99	107	-7	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
4	ANESTEZİ Y.B	431	N2102011	158	157	1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
5	ANESTEZİ Y.B	430	N2102011	141	150	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
6	ANESTEZİ Y.B	432	N2102011	103	110	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
7	ANESTEZİ Y.B	433	N2102011	251	260	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
8	ORTOPEDİ	18981	N210521D1	154	164	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
9	KADIN DOĞUM	425	N210521D1	202	199	2	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
10	AMELİYATHANE	424	N2102011	153	155	-1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
11	LABORATUVAR	19319	N210521D1	199	201	-1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
12	CERRAHİ	19311	N2102011	98	99	-1	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
13	ACİL	436	N2102011	104	107	-3	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
14	AMBULANS	437	N2102011	258	270	-4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
15	GÖZ	8244	N210521D1	87	91	-4	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
16	KORONER YOĞUN BAKIM	434	N2102011	101	107	-6	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
17							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
18							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
19							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)
20							<input type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil (Biyomedikal)

Kontrol Eden: İLKAN ALTINEL

GLUKOMETRE (HBTC) DIŞ KALİTE KONTROL NOTLARI:

- Glukometre dış kalite kontrol çalışmaları her ayın son Cuma günü, Biyokimya Laboratuvarı tarafından yapılmalıdır.
- Kontrol sürecinde kullanılan strip bilgileri mutlaka kaydedilmelidir.
- Sapma değeri beklenen aralık dışında kalan cihazlar kalibrasyon için biyomedikal birimine gönderilmeli ve düzeltici/önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
MC.FR.49	01.11.2021	00	-	1/1