

EKİM 2021

SERVİS	CİHAZ SERİ NO	KULLANILAN STRİP NO	KUL. STRİP DEĞER SONUÇ			DEĞERLENDİRME
				GLUKOM.	LAB.	% SAPMA (+ -)20
LABORATUVAR	OK10H1267074	N2009011		124	129	-4
ACİL	OK10H1233484	N2009011	99	105	118	-11
DAHİLİYE	OK10H1365361	N2009011		81	97	-16
CERRAHİ	OK10H1267080	N2009011		82	97	-15
K.DOĞUM	OK10H1233480	N2009011	41	135	140	-4
ORTOPEDİ	OK10H1233481	N2102011		87	85	2
KORONER YB.	OK10H1233463	N2009011		199	205	-3
II. BASAMAK YB.	OK10H1267075	N2009011	119	115	108	4
II. BASAMAK YB.	OK10H1267085	N2009011	102	143	141	1
II. BASAMAK YB.	OK10H1267078	N2009011		145	141	3
II.BASAMAK YB.	OK10H1267073	N2009011		112	108	4
ÇOCUK	OK10H1233474	N2009011	106	244	249	-2
GÖZ	OK10H1233476	N2009011		144	134	8
YENİDOĞAN YB.	OK10H1233480	N2009011		108	114	-5
AMELİYATHANE	OK10H1365362	N2009011		96	104	-8
AMBULANS	OK10H1267082	N2009011		163	174	-6

KONTROL EDEN: İLKAN ALTINEL

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
ÖEH FR 118	18.04.2013	01	23.06.2014	1 / 1